

令和3年5月21日

市政記者クラブ 様

健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策部
新型コロナウイルス感染症対策室
担当：高倉、小田
電話：972-4389（内線 4389）

新型コロナウイルス感染症の検査結果誤りについて

株式会社ビー・エム・エル（以下、「BML」という。）において実施した新型コロナウイルス感染症のPCR検査結果について、誤りがあったことが判明しましたのでお知らせします。

誤って陽性と伝達された方については、本日、保健センターより順次、連絡を行っております。

記

1 概要

医療機関において検体を採取し、BML名古屋ラボにおいてPCR検査の結果陽性となった方について、検査結果が誤っていることが疑われたため、BML大阪ラボにて再検査を行ったところ、一部の方について陰性結果となったもの。

2 対象者

令和3年5月15日～18日にBML名古屋ラボにて陽性結果となった方のうち、本市既公表患者19名^注。

注：現在確認作業中であり、今後追加になる可能性あり。

3 対応

検査結果が誤っていた方の発生届を提出した医療機関に対し、発生届の取下げ依頼を行うとともに、誤った結果を伝えられた方に順次連絡を取っております。

4 原因

原因についてはBMLにおいて現在調査中との報告を受けております。