

令和 7 年 10 月 3 日

市政記者クラブ 様

消防局救急部救急課

担当：上村、高橋

電話：972-3583

972-3563

(本日 21 時 20 分まで待機します)

自動体外式除細動器を誤った設定で使用した事案について

本市救急隊が出動した事案において、心肺停止状態である傷病者（小学生女児）に対し、自動体外式除細動器（以下「AED」という。）による除細動を、本来「成人モード」で使用するところを誤って「小児モード（未就学児に使用する出力エネルギー量が少ない設定）」で3回実施した事案がありました。

1 指令日時

令和7年10月1日（水） 23時16分

2 出動場所

名古屋市中川区内

3 出動隊

西消防署 山田救急隊

本部機動部隊 特別消防救助隊第一方面隊（支援隊）

4 傷病者への影響

現在、傷病者の方は医療機関にて入院中です。なお、医療機関の医師に確認したところ、「AED の設定を誤ったことによる傷病者への影響は不明」と見解を受けています。

5 ご家族への対応

本事案の概要をご説明するとともに、ご家族に謝罪いたしました。

6 事後の対応

本日、全ての消防署等を対象に緊急連絡会議を開催し、当該事案の概要を共有するとともに、再発防止の徹底を指示いたしました。

7 消防局長コメント

ご本人の回復を切にお祈りいたしますとともに、ご家族に深いご心痛をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。今後このようなことが発生しないよう、再発防止と信頼回復に全力で努めてまいります。